WEIL DER MENSCH ZÄHLT.

AMEDTEC
Medizintechnik Aue GmbH

LANGZEIT-BLUTDRUCK HOLTER-RR

SCHONENDE BLUTDRUCKDIAGNOSTIK

Aussagekräftige Daten: Mit dem Holter-RR ist ein zuverlässiges ambulantes Blutdruckmonitoring garantiert.

Die Auto-Feedback-Logic ermöglicht geräuscharme, schnelle Messungen mit niedrigem Manschettendruck.

Zur exakten Auswertung sind Grenzwerttabellen für Kinder und Jugendliche integriert.

KOMPLEXE DATEN EINFACH MANAGEN
AMEDTEC ECGpro®

TECHNISCHE DATEN

Messverfahren	Oszillatorisch
Messbereiche	Puls: 30 bis 240 Schläge pro Minute Systolisch: 60 bis 290 mmHg Diastolisch: 30 bis 195 mmHg
Genauigkeit	+/- 3 mmHg im Anzeigebereich
Statischer Druckbereich	0 bis 300 mmHg
Herzfrequenzbereich	30 – 240 bpm
Messhäufigkeit	0, 1, 2, 4, 5, 6, 12 oder 30 Messungen pro Stunde
Messprotokolle	9 Protokolle zu je 3 Tages- und 1 Nachtintervall
Speicherkapazität	300 Messungen
Betriebsbedingungen	+10 °C bis +40 °C und 15 % bis 90 % Luftfeuchte
Lagerumgebung	-20 °C bis +50 °C und 15 % bis 95 % Luftfeuchte
Abmessungen	128 mm × 75 mm × 30 mm (L × B × H)
Gewicht	ca. 240 g inklusive Batterien
Stromversorgung	2 Stück NiMH Akkus mit je 1,2 V und min. 1500 mAh (AA, Mignon) 2 Stück Alkali 1,5 V Batterien (AA, Mignon) [1)]
Schnittstellen	Kabelgebunden: USB oder RS232 Kabellos: Infrarot (proprietär; Infrarot-Adapter „IR Med“)
Klassifizierung	Klasse IIa

[1)] Bei NiMH-Akkus verringert sich die Kapazität im Laufe der Lebensdauer mit der Anzahl der Ladezyklen. Wenn Akkumulatoren nicht mehr für die Aufnahmedauer entsprechend dem Profil ausreichen, müssen sie ersetzt werden. Alkaline Batterien verschiedener Hersteller können unterschiedliche Kapazitäten haben. Wenn Batterien eines Herstellers nicht für die Aufnahmedauer entsprechend dem Profil ausreichen, müssen geeignete Batterien eines anderen Herstellers verwendet werden.

ZUBEHÖR

Tasche für Holter-RR

Manschetten in XS, S, M, L, XL

Hersteller des Rekorders:
IEM GmbH
Gewerbepark Brand 42
52078 Aachen

AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Straße 5 · 08280 Aue
Tel.: +49 (0)3771 59 82 70
Fax: +49 (0)3771 59 82 790
info@amedtec.de · www.amedtec.de

KOMPLEXE DATEN EINFACH MANAGEN
AMEDTEC ECG pro®



CE 0494
Holter-RR-Software
2797
Holter-RR-Rekorder

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
M0884 018-0401-2_05